

## CONSULTA ATA DE PREGÃO

984859.22022 .25707 .5092 .232827595



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO/MG

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico**  
 Nº 00002/2022 (SRP)

Às 09:00 horas do dia 05 de maio de 2022, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 4742 de 03/01/2022, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 19, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00002/2022. Modo de disputa: Aberto/Fechado. Objeto: Registro de preço para futura e eventual aquisição de materiais e equipamentos para instalação de um laboratório de análise química e biológica de água, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Monte Belo.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

**Item: 1****Descrição:** Reagente para diagnóstico clínico 7**Descrição Complementar:** Reagente Para Diagnóstico Clínico 7 Tipo: Conjunto Completo Para Automação , Tipo De Análise: Qualitativo/Quantitativo De E.Coli E Colif. Totais , Método: Onpg E Mug , Apresentação: Teste**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 5**Unidade de fornecimento:** Teste**Valor Estimado:** R\$ 445,5500**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 1,00

**Aceito para:** LIO SERUM PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA, pelo melhor lance de R\$ 445,5500 e com valor negociado a R\$ 260,0000 e a quantidade de 5 Teste .

**Item: 2****Descrição:** Saco**Descrição Complementar:** Saco Material: Polietileno Transparente , Capacidade: 120 ML, Aplicação: Coleta De Amostras De Água , Características Adicionais 1: Esterilizado, Com Tarja De Identificação**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 4**Unidade de fornecimento:** Embalagem 100,00 UN**Valor Estimado:** R\$ 398,8966**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 1,00

**Aceito para:** LIO SERUM PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA, pelo melhor lance de R\$ 285,0000 e a quantidade de 4 Embalagem 100,00 UN .

**Item: 3****Descrição:** Reagente Analítico 2**Descrição Complementar:** Reagente Analítico 2 Reagente: Determinação De Cloro Livre Em Água , Aspecto Físico: Pó , Tipo Uso: Método Dpd , Características Adicionais: Teste**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 4**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 252,5666**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 1,00

**Aceito para:** A T C INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS TECNICOS EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 100,0000 e com valor negociado a R\$ 90,0000 e a quantidade de 4 Unidade .

**Item: 4****Descrição:** Equipamentos Diversos Para Serviços Profissionais**Descrição Complementar:** Equipamentos Diversos Para Serviços Profissionais Tipo: Camara Escura Uv , Voltagem: 220 V, Material: Aço , Uso: Análises Cromatográficas , Características Adicionais 1: Duas Lâmpadas Emissoras De Raios Uv/Visor Flexível**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 2**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 1.612,9966**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 1,00

**Aceito para:** EMERSON NUNES DO EGITO, pelo melhor lance de R\$ 1.612,0000 e a quantidade de 2 Unidade .

**Item: 5****Descrição:** Estufa Laboratório**Descrição Complementar:** Estufa Laboratório Tipo: P/ Secagem À Vácuo , Material\*: Gabinete Aço Inox , Ajuste: Ajuste Mecânico,Botão Controle Temperatura , Capacidade: Cerca De 150 L, Temperatura: Até 200 °C, Componentes: C/ Até 5 Bandejas, Porta Vidro**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 2**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 2.335,0233**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 1,00**Aceito para:** OBJECT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 2.087,0000 e a quantidade de 2 Unidade .**Item: 6****Descrição:** Termômetro**Descrição Complementar:** Termômetro Tipo: Digital , Faixa Medição Temperatura: -32 A 600 °C, Aplicação: Campo , Elemento Expansão: Infravermelho , Material: Plástico , Características Adicionais: Mira Laser,Tempo De Resposta De 500 Ms E Portátil , Resolução: 0,5 °**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 2**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 290,0333**Situação:** Cancelado no julgamento**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 1,00**Item: 7****Descrição:** Turbidímetro**Descrição Complementar:** Turbidímetro Tipo: Digital , Alimentação: 110/220 VCA, Material: Aço Inoxidável , Formato: Retangular , Faixa Trabalho: 0 A 1.000 NTU, Resolução: Escala De 0 A 10 - 0,01ntu; De 10 A 100 - 0,1ntu; , Precisão: 2% NTU, Aplicação: Medir A Turbidez De Líquidos**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 1**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 3.462,7066**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 1,00**Aceito para:** A T C INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS TECNICOS EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 2.250,0000 e a quantidade de 1 Unidade .**Histórico****Item: 1 - Reagente para diagnóstico clínico 7****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
55.956.510/0001-29	LIO SERUM PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA Marca: IDEXX Fabricante: IDEXX Modelo / Versão: 98-12972-00 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SUBSTRATO ENZIMATICO ONPG-MUG - CAIXA COM 20 UNIDADES Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	5	R\$ 445,5500	R\$ 2.227,7500	04/05/2022 17:12:14

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 445,5500	55.956.510/0001-29	05/05/2022 09:00:05:070

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	05/05/2022 09:05:06	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	05/05/2022 09:27:42	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	05/05/2022 09:27:42	Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance no valor de R\$ 445,5500.
Encerramento	05/05/2022 09:32:43	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	05/05/2022 09:32:43	Item com etapa fechada encerrada.
Abertura do	05/05/2022	Convocado para envio de anexo o fornecedor LIO SERUM PRODUTOS LABORATORIAIS E

prazo - Convocação anexo	11:47:18	HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 55.956.510/0001-29.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	05/05/2022 11:52:42	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LIO SERUM PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 55.956.510/0001-29.
Aceite de proposta	05/05/2022 13:49:57	Aceite individual da proposta. Fornecedor: LIO SERUM PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 55.956.510/0001-29, pelo melhor lance de R\$ 445,5500 e com valor negociado a R\$ 260,0000. Motivo: Valor negociado com fornecedor
Habilitação de fornecedor	09/05/2022 09:10:36	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: LIO SERUM PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 55.956.510/0001-29, pelo melhor lance de R\$ 445,5500 e com valor negociado a R\$ 260,0000.

**Não existem intenções de recurso para o item****Item: 2 - Saco**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
35.865.938/0001-59	PHL DISTRIBUIDORA LABORATORIAL EIRELI	Sim	Sim	4	R\$ 398,0000	R\$ 1.592,0000	04/05/2022 17:04:18
	<b>Marca:</b> NASCO <b>Fabricante:</b> NASCO <b>Modelo / Versão:</b> B01040 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> SACO PLASTICO COM TIOS. SODIO Saco plástico estéril com tarja de identificação - Capacidade de 100 ml - Tiosulfato de Sódio 10 mg Caixa com 100 unidades <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
55.956.510/0001-29	LIO SERUM PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 398,9000	R\$ 1.595,6000	04/05/2022 17:12:14
	<b>Marca:</b> NASCO <b>Fabricante:</b> NASCO <b>Modelo / Versão:</b> B01040 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> SACO PLASTICO COM TIOS. SODIO. Tiosulfato de Sódio 10 mg Caixa com 100 unidades <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 398,9000	55.956.510/0001-29	05/05/2022 09:00:05:070
R\$ 398,0000	35.865.938/0001-59	05/05/2022 09:00:05:070
R\$ 285,0000	55.956.510/0001-29	05/05/2022 09:09:53:963
R\$ 390,0000	35.865.938/0001-59	05/05/2022 09:23:14:367

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	05/05/2022 09:05:06	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	05/05/2022 09:22:28	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	05/05/2022 09:22:28	Fornecedores convocados para a 1ª etapa fechada apresentaram lance entre R\$ 285,0000 e R\$ 398,0000.
Encerramento	05/05/2022 09:27:29	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	05/05/2022 09:27:29	Item com etapa fechada encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	05/05/2022 11:48:07	Convocado para envio de anexo o fornecedor LIO SERUM PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 55.956.510/0001-29.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	05/05/2022 11:53:02	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LIO SERUM PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 55.956.510/0001-29.
Aceite de proposta	05/05/2022 13:50:41	Aceite individual da proposta. Fornecedor: LIO SERUM PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 55.956.510/0001-29, pelo melhor lance de R\$ 285,0000.
Habilitação de fornecedor	09/05/2022 09:10:51	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: LIO SERUM PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 55.956.510/0001-29, pelo melhor lance de R\$ 285,0000.

## Não existem intenções de recurso para o item

## Item: 3 - Reagente Analítico 2

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
35.865.938/0001-59	PHL DISTRIBUIDORA LABORATORIAL EIRELI  <b>Marca:</b> QUIMAFLEX <b>Fabricante:</b> QUIMAFLEX <b>Modelo / Versão:</b> QF DPD <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> REAGENTE DPD 100 PROVAS Reagente DPD para análise de Cloro Livre Frasco com aproximadamente 6 gramas Mínimo de 100 provas <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	4	R\$ 250,0000	R\$ 1.000,0000	04/05/2022 17:04:18
18.016.106/0001-49	A T C INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS TECNICOS EIRELI  <b>Marca:</b> DELLAB <b>Fabricante:</b> DELFINI INDÚSTRIA COMÉRCIO LTDA-EPP <b>Modelo / Versão:</b> DRD 1.1 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> DPD PÓ - DETERMINAÇÃO DE CLORO LIVRE DPD (DIETIL-FENILENODIAMINA) SÓLIDO EM PÓ PARA DETERMINAÇÃO DE CLORO LIVRE APRESENTAÇÃO EM FRASCOS PARA 100 TESTES, ACOMPANHADO DE PÁ DOSADORA E MANUAL DE UTILIZAÇÃO. Validade de 12 meses. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	4	R\$ 252,0000	R\$ 1.008,0000	14/04/2022 13:53:57
55.956.510/0001-29	LIO SERUM PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA  <b>Marca:</b> BST <b>Fabricante:</b> BST <b>Modelo / Versão:</b> 123456 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> REAGENTE DPD 100 PROVAS -Reagente DPD para análise de Cloro Livre Frasco com aproximadamente 6 gramas Mínimo de 100 provas <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	4	R\$ 252,5700	R\$ 1.010,2800	04/05/2022 17:12:14
07.756.105/0001-14	FLOPTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA  <b>Marca:</b> ALFAKIT <b>Fabricante:</b> ALFAKIT <b>Modelo / Versão:</b> CLORO DPD ALFACLORO 6G <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Reagente Analítico 2 Reagente: Determinação De Cloro Livre Em Água , Aspecto Físico: Pó , Tipo Uso: Método Dpd , Características Adicionais: Teste <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	4	R\$ 1.000,0000	R\$ 4.000,0000	05/05/2022 08:38:26

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.000,0000	07.756.105/0001-14	05/05/2022 09:00:05:070
R\$ 252,5700	55.956.510/0001-29	05/05/2022 09:00:05:070
R\$ 252,0000	18.016.106/0001-49	05/05/2022 09:00:05:070
R\$ 250,0000	35.865.938/0001-59	05/05/2022 09:00:05:070
R\$ 249,0000	18.016.106/0001-49	05/05/2022 09:05:28:010
R\$ 250,0000	07.756.105/0001-14	05/05/2022 09:08:31:377
R\$ 230,0000	55.956.510/0001-29	05/05/2022 09:10:14:573
R\$ 229,0000	18.016.106/0001-49	05/05/2022 09:10:25:987
R\$ 230,0000	07.756.105/0001-14	05/05/2022 09:10:56:517
R\$ 200,0000	55.956.510/0001-29	05/05/2022 09:13:06:867
R\$ 199,0000	18.016.106/0001-49	05/05/2022 09:13:17:487
R\$ 200,0000	07.756.105/0001-14	05/05/2022 09:13:31:423
R\$ 198,0000	35.865.938/0001-59	05/05/2022 09:18:01:883
R\$ 197,0000	18.016.106/0001-49	05/05/2022 09:18:13:300
R\$ 198,0000	07.756.105/0001-14	05/05/2022 09:18:25:200
R\$ 196,0000	55.956.510/0001-29	05/05/2022 09:20:13:363
R\$ 195,0000	18.016.106/0001-49	05/05/2022 09:20:20:183
R\$ 194,0000	55.956.510/0001-29	05/05/2022 09:20:25:210

R\$ 190,0000	35.865.938/0001-59	05/05/2022 09:20:27:863
R\$ 189,0000	55.956.510/0001-29	05/05/2022 09:20:29:210
R\$ 190,0000	18.016.106/0001-49	05/05/2022 09:20:32:370
R\$ 190,0000	07.756.105/0001-14	05/05/2022 09:20:36:500
R\$ 180,0000	18.016.106/0001-49	05/05/2022 09:20:38:590
R\$ 179,0000	55.956.510/0001-29	05/05/2022 09:20:39:207
R\$ 150,0000	18.016.106/0001-49	05/05/2022 09:20:44:767
R\$ 149,0000	55.956.510/0001-29	05/05/2022 09:20:45:210
R\$ 148,0000	35.865.938/0001-59	05/05/2022 09:20:53:697
R\$ 150,0000	07.756.105/0001-14	05/05/2022 09:20:55:010
R\$ 147,0000	55.956.510/0001-29	05/05/2022 09:20:55:210
R\$ 140,0000	18.016.106/0001-49	05/05/2022 09:20:56:253
R\$ 139,0000	55.956.510/0001-29	05/05/2022 09:20:57:217
R\$ 120,0000	18.016.106/0001-49	05/05/2022 09:21:03:763
R\$ 119,0000	55.956.510/0001-29	05/05/2022 09:21:05:217
R\$ 110,0000	18.016.106/0001-49	05/05/2022 09:21:09:363
R\$ 120,0000	07.756.105/0001-14	05/05/2022 09:21:10:483
R\$ 109,0000	55.956.510/0001-29	05/05/2022 09:21:11:317
R\$ 100,0000	18.016.106/0001-49	05/05/2022 09:21:15:540
R\$ 58,0000	07.756.105/0001-14	05/05/2022 09:21:25:750
R\$ 69,9000	35.865.938/0001-59	05/05/2022 09:21:44:293
R\$ 108,0000	55.956.510/0001-29	05/05/2022 09:22:17:420

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	05/05/2022 09:05:07	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	05/05/2022 09:21:15	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	05/05/2022 09:21:15	Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R\$ 109,0000 e R\$ 148,0000.
Encerramento	05/05/2022 09:26:16	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	05/05/2022 09:26:16	Item com etapa fechada encerrada.
Aceite de proposta	05/05/2022 15:11:03	Aceite individual da proposta. Fornecedor: FLOPTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 07.756.105/0001-14, pelo melhor lance de R\$ 58,0000. Motivo: Item aceito após avaliação do responsável técnico.
Abertura do prazo - Convocação anexo	06/05/2022 14:17:29	Convocado para envio de anexo o fornecedor FLOPTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 07.756.105/0001-14.
Inabilitação de fornecedor	09/05/2022 09:35:33	Inabilitação de proposta. Fornecedor: FLOPTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 07.756.105/0001-14, pelo melhor lance de R\$ 58,0000. Motivo: Após Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União, conforme consta o item 11.1.1 do edital de licitação, verificou que a empresa encontra-se suspensa/impedida de licitar, conforme sanção aplicada pela Fundação Universidade Federal de Rondônia.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	09/05/2022 09:35:33	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor FLOPTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 07.756.105/0001-14.
Aceite de proposta	09/05/2022 09:58:02	Aceite individual da proposta. Fornecedor: PHL DISTRIBUIDORA LABORATORIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 35.865.938/0001-59, pelo melhor lance de R\$ 69,9000. Motivo: Item aceito após avaliação do responsável técnico.
Abertura do prazo - Convocação anexo	09/05/2022 10:04:11	Convocado para envio de anexo o fornecedor PHL DISTRIBUIDORA LABORATORIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 35.865.938/0001-59.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	09/05/2022 10:09:27	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PHL DISTRIBUIDORA LABORATORIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 35.865.938/0001-59.
Inabilitação de fornecedor	09/05/2022 16:32:49	Inabilitação de proposta. Fornecedor: PHL DISTRIBUIDORA LABORATORIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 35.865.938/0001-59, pelo melhor lance de R\$ 69,9000. Motivo: Fornecedor não apresentou Balanço Patrimonial do exercício vigente, enviou em anexo e também consta no SICAF somente o Balanço Patrimonial do exercício de 2019.

Abertura do prazo - Convocação anexo	09/05/2022 16:42:32	Convocado para envio de anexo o fornecedor A T C INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS TECNICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 18.016.106/0001-49.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	09/05/2022 16:52:55	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor A T C INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS TECNICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 18.016.106/0001-49.
Aceite de proposta	09/05/2022 16:55:23	Aceite individual da proposta. Fornecedor: A T C INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS TECNICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 18.016.106/0001-49, pelo melhor lance de R\$ 100,0000. Motivo: Proposta aceita após análise de responsável técnico.
Negociação de valor	09/05/2022 16:55:47	Alteração na negociação da proposta. Fornecedor: A T C INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS TECNICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 18.016.106/0001-49, pelo melhor lance de R\$ 100,0000 e com valor negociado a R\$ 90,0000. Motivo: Valor negociado com o fornecedor.
Habilitação de fornecedor	09/05/2022 16:56:16	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: A T C INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS TECNICOS EIRELI - CNPJ/CPF: 18.016.106/0001-49

**Não existem intenções de recurso para o item**

#### Item: 4 - Equipamentos Diversos Para Serviços Profissionais

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
38.419.205/0001-89	CATIONLAB EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI  <b>Marca:</b> LUCADEMA <b>Fabricante:</b> LUCADEMA <b>Modelo / Versão:</b> LUCA-204 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CÂMARA ESCURA UV – MOD. LUCA-204 – MARCA: LUCADEMA – PROCEDENCIA NACIONAL - Gabinete e câmara construídos em aço 1020 com pintura eletrostática anticorrosiva na cor preta; - Óculos na cor verde com visor de vidro flexível para visualização cromatográfica com proteção; - Possui 2 lâmpadas emissoras de raios UV (germicida), sendo 1 lâmpada com comprimento de onda de 254nm e 1 lâmpada com comprimento de onda de 365nm; - Acionamento das lâmpadas através de comandos eletrônicos; - Alimentação: 220 Volts; - Potência: 150 Watts; - Cabo de força com dupla isolamento e plug com 3 pinos, 2 fases e 1 terra, de acordo com as normas ABNT NBR 14136; - Dimensões aproximadas: L = 370 x A = 430 x P = 290mm; - Acompanha: manual de instruções com termo de garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação; OBS: Configurações personalizadas sob consulta. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	2	R\$ 1.612,0000	R\$ 3.224,0000	02/05/2022 16:13:38
37.182.085/0001-86	EMERSON NUNES DO EGITO  <b>Marca:</b> nm <b>Fabricante:</b> nm <b>Modelo / Versão:</b> ultra <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Equipamentos Diversos Para Serviços Profissionais Tipo: Câmara Escura Uv , Voltagem: 220 V, Material: Aço , Uso: Análises Cromatográficas , Características Adicionais 1: Duas Lâmpadas Emissoras De Raios Uv/Visor Flexível <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	2	R\$ 1.612,0000	R\$ 3.224,0000	04/05/2022 17:19:58
11.232.743/0001-03	SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI  <b>Marca:</b> Solab <b>Fabricante:</b> Solab <b>Modelo / Versão:</b> SL-204 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Modelo SL-204 Marca: Solab – Câmara UV – Características: - Gabinete construído em aço carbono 1020 com pintura eletrostática anticorrosiva na cor preta. - Câmara interna construída em aço carbono 1020 com pintura eletrostática anticorrosiva na cor preta. - Óculos na cor azul com visor de vidro flexível para visualização cromatográfica com proteção. - Possui 2 lâmpadas emissoras de raio UV (Germicidas), sendo 1 lâmpada com comprimento de onda de 254 NM e 1 lâmpada com comprimento de onda de 365 NM. - Acionamento das lâmpadas através de comandos eletrônicos. - Painel adesivo em policarbonato texturizado a prova d'água. - Cabo de força com dupla isolamento e plug com três pinos, duas fases e um terra, de acordo com as normas NBR 14136. - Voltagem: 110 ou 220 Volts (especificar no pedido). - Potência: 150 Watts. - Dimensões internas L=327 x P=267 x A=170 mm. - Dimensões externas L=327 x P=270 x A=180 mm. - Procedência: Nacional. Acompanha manual de instrução em português e certificado de garantia de 12 meses contra defeito de fabricação. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	2	R\$ 1.800,0000	R\$ 3.600,0000	03/05/2022 13:45:37
16.684.742/0001-13	IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA  <b>Marca:</b> HIPERQUIMICA <b>Fabricante:</b> HIPERQUIMICA <b>Modelo / Versão:</b> CAMARA ESCURA COM TRANSLUMINADOR UV <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CAMARA ESCURA COM TRANSLUMINADOR UV BIVOLT O	Sim	Sim	2	R\$ 4.900,0000	R\$ 9.800,0000	04/05/2022 15:25:07

equipamento tem seu gabinete construído em aço 1020 com proteção anticorrosiva e pintura eletrostática epóxi na cor preta para proporcionar alto contraste nas visualizações. Esse equipamento, fabricado pela Hipperquímica, é dotado de duas lâmpadas emissoras de raios UV (ultravioleta): uma com comprimento de onda de 254nm, e outra com comprimento de onda de 365nm. O acionamento das lâmpadas é através de comando eletrônico. Produto Bivolt. A CÂMARA ESCURA COM TRANSLUMINADOR UV ACOMPANHA: 1 Lâmpada Germicida 254 nm e 1 Lâmpada UV 365 nm; Bivolt; Garantia de 12 meses contra defeito de fabricação; Manual de instruções. Dimensões: Dimensões Externas (LxPxA) 360mm x 255mm x 280mm Dimensões Internas (LxPxA) 355mm x 240mm x 190mm Abertura Frontal Trabalho (LxA) 390mm x 180mm  
**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 4.900,0000	16.684.742/0001-13	05/05/2022 09:00:05:070
R\$ 1.800,0000	11.232.743/0001-03	05/05/2022 09:00:05:070
R\$ 1.612,0000	38.419.205/0001-89	05/05/2022 09:00:05:070
R\$ 1.612,0000	37.182.085/0001-86	05/05/2022 09:00:05:070
R\$ 2.015,6700	16.684.742/0001-13	05/05/2022 09:21:51:803

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	05/05/2022 09:05:08	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	05/05/2022 09:20:48	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	05/05/2022 09:20:48	Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R\$ 1.612,0000 e R\$ 4.900,0000.
Encerramento etapa fechada	05/05/2022 09:25:49	Item com etapa fechada encerrada.
Sorteio eletrônico	05/05/2022 09:25:49	Item teve empate real para o valor 1.612,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	05/05/2022 09:25:49	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	05/05/2022 10:00:37	Convocado para envio de anexo o fornecedor EMERSON NUNES DO EGITO, CNPJ/CPF: 37.182.085/0001-86.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	05/05/2022 12:04:05	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor EMERSON NUNES DO EGITO, CNPJ/CPF: 37.182.085/0001-86.
Aceite de proposta	05/05/2022 15:11:37	Aceite individual da proposta. Fornecedor: EMERSON NUNES DO EGITO, CNPJ/CPF: 37.182.085/0001-86, pelo melhor lance de R\$ 1.612,0000. Motivo: Item aceito após avaliação do responsável técnico.
Habilitação de fornecedor	09/05/2022 16:46:55	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: EMERSON NUNES DO EGITO - CNPJ/CPF: 37.182.085/0001-86

**Não existem intenções de recurso para o item**

#### Item: 5 - Estufa Laboratório

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
 (As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
38.419.205/0001-89	CATIONLAB EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 2.335,0000	R\$ 4.670,0000	02/05/2022 16:13:38

**Marca:** LUCADEMA

**Fabricante:** LUCADEMA

**Modelo / Versão:** SLSD 21L

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ESTUFA DE SECAGEM E ESTERILIZAÇÃO - MOD. SLSD 21L - MARCA: LUCADEMA - PROCEDÊNCIA NACIONAL - Gabinete em chapa de aço carbono SAE 1020 com pintura eletrostática epóxi texturizada e tratamento anticorrosivo; - Câmara interna com pintura tipo alumínio resistente a altas temperaturas (até 600°C); - Porta com puxador anatômico e abertura para direita; - Saída superior de respiro para gases, umidade ou acomodação do termômetro; - Trilhos internos para deslocamento das bandejas; - Sistema de fecho tipo rolete; - Vedação com perfil de silicone de alta temperatura; - Isolamento térmico em lã de vidro inclusive na porta; - Painel em adesivo policarbonato com LED indicador das fases do processo, chave geral liga/desliga, porta fusível e controlador eletrônico; - Sistema de aquecimento através de resistência blindada; - Temperatura de trabalho: ambiente +5°C até 250°C; - Controle de temperatura digital com sistema PID, autotuning e display LED de 4 dígitos; - Resolução: 0,1°C para indicação da temperatura de processo; - Timer programável de 1 a 9999 minutos de 1 em 1 minuto; - Sensor de temperatura PT-100; - Homogeneidade térmica: ± 1°C; - Precisão do sistema: ± 1°C; - Circulação de ar natural, livre de ruídos; - Capacidade: 21 Litros; - Medidas internas: A = 32 x L = 24 x C = 28 cm; - Medidas externas: A = 50 x L = 42 x C = 40 cm; - Potência: 550 Watts; - Alimentação: bivolt; - Cabo de

alimentação com plugue de 3 pinos (2 fases,1 terra) conforme NBR 14136; ACOMPANHA: - 2 Bandejas em aço carbono; - Fusível de segurança; - Manual de instruções e termo de garantia do equipamento de 12 meses contra defeitos de fabricação.

**Porte da empresa:** ME/EPP

25.462.154/0001-26	OBJECT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 2.335,0000	R\$ 4.670,0000	04/05/2022 15:09:51
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

**Marca:** SOLIDSTEEL

**Fabricante:** SOLIDSTEEL

**Modelo / Versão:** SSD 21L

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ESTUFA DE SECAGEM E ESTERILIZACAO DIGITAL DE ALTA PRECISAO COM CAPACIDADE DE 21 LITROS E TRABALHO ATE 250° C. - Gabinete construído em chapa de aço carbono SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento (pintura) em epoxi texturizado eletrostático; - Câmara interna em aço carbono SAE 1020, com pintura em tinta alumínio resistente a altas temperaturas (600°C); - Saída superior - respiro para gases, umidade ou acomodação do termômetro; - Trilhos internos para deslocamento das bandejas; - Sistema de fecho tipo rolete; - Vedação com perfil de silicone de alta temperatura; - Porta fusível; - Porta com puxador anatômico e abertura para direita; - Painel com LED indicador das fases do processo; - Adesivo em policarbonato; - Chave geral liga/desliga; - Controlador eletrônico; - TEMPERATURA DE TRABALHO: ambiente +5°C até 250°C; - CONTROLE DE TEMPERATURA: Display PID autotuning; - DISPLAY: LED 4 dígitos; - RESOLUCAO: 0,1°C para indicação de temperatura de processo; - TIMER: Programável de 1 a 9999 minutos de 1 em 1 minuto; - INDICACAO DE PROCESSO: LED; - SENSOR DE TEMPERATURA: PT 100; - CABO DE ALIMENTACAO: com plug de 3 pinos, duas fases e um terra, NBR 14136; - HOMOGENEIDADE TERMICA: +/- 1°C; - PRECISAO DO SISTEMA: +/- 1°C; - ISOLAMENTO TERMICO: La de vidro, inclusive nas portas; - CIRCULACAO DE AR: Convencional natural, livre de ruídos; - ALIMENTACAO: Bivolt; - CAPACIDADE: 21 litros; Incluso bandejas removíveis e termo de garantia. Garantia mínima de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação.

**Porte da empresa:** ME/EPP

37.182.085/0001-86	EMERSON NUNES DO EGITO	Sim	Sim	2	R\$ 2.335,0000	R\$ 4.670,0000	04/05/2022 17:19:58
--------------------	------------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

**Marca:** easy

**Fabricante:** easy

**Modelo / Versão:** 21 litros

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Estufa Laboratório Tipo: P/ Secagem À Vácuo , Material\*: Gabinete Aço Inox , Ajuste: Ajuste Mecânico,Botão Controle Temperatura , Capacidade: Cerca De 150 L, Temperatura: Até 200 °C, Componentes: C/ Até 5 Bandejas, Porta Vidro

**Porte da empresa:** ME/EPP

11.232.743/0001-03	SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 3.600,0000	R\$ 7.200,0000	03/05/2022 13:45:37
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

**Marca:** Solab

**Fabricante:** Solab

**Modelo / Versão:** SL-100/27

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Modelo SL-100/27 Marca: Solab - Estufa de secagem e esterilização - Características: - Gabinete externo construído em aço carbono 1020 com tratamento anticorrosiva e pintura eletrostática em epóxi. - Câmara interna em aço inox polido. - Porta em aço carbono 1020 com pintura eletrostática na cor azul. - Suportes para 3 prateleiras em aço inox polido com perfuração para circulação de ar. - Acompanha 1 prateleira em aço inox polida com perfuração para circulação do ar. - Isolamento da câmara interna em lã de vidro. - Vedação da porta em perfil de silicone. - Fluxo de ar com saída superior de aço inox com orifício central para acomodação de termômetro. - Timer Programável de 1 a 9999 minutos de 1 em 1 minuto. - Resistência blindada em aço inox AISI 304. - 4 Pés nivelador 3/8 de borracha. - Chave geral de Liga/ Desliga, com led. - Painel adesivo em policarbonato texturizado a prova d'água. - Cabo de força com dupla isolamento e plug com três pinos, duas fases e um terra, de acordo com as normas ABNT NBR 14136. - Circulação de ar por convecção natural. - Controlador de temperatura micro processado digital, com sistema PID. - Sensor de temperatura PT 100, com leitura digital do set point e do processo. - Rele estado solido. - Temperatura: 5°C acima do ambiente a 200 °C. - Resolução: 0,1°C. - Variação: ± 1°C. - Capacidade 27 Litros. - Alimentação 110 ou 220 volts (especificar no pedido). - Potência 550 watts. - Dimensões internas L=300 x A=300 x P=300 mm. - Dimensões externas L=450 x A=620 x P=400 mm. - Procedência: Nacional. Acompanha manual de instruções em português e certificado de garantia de 12 meses contra defeito de fabricação.

**Porte da empresa:** ME/EPP

41.950.966/0001-77	ALPS LABOR ARTIGOS, PRODUTOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 4.500,0000	R\$ 9.000,0000	05/05/2022 08:30:13
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

**Marca:** SOLID STEEL

**Fabricante:** SOLID STEEL

**Modelo / Versão:** SSD 21L

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ESTUFA DE ESTERILIZAÇÃO E SECAGEM DIGITAL Modelo: SSD 21L Fabricante: SOLID STEEL Descrição // Gabinete &#61623; Chapa de aço carbono SAE 1020; &#61623; Pintura eletrostática epóxi texturizada com tratamento anticorrosivo; &#61623; Porta com puxador anatômico e abertura para direita nas estufas de bancada (11L até 336L); &#61623; 2 portas com abertura de dentro para fora nas estufas de piso; &#61623; Câmara interna em aço Carbono; &#61623; Saída superior: respiro para gases, &#61623; umidade ou acomodação do termômetro; &#61623; Trilhos internos para deslocamento das &#61623; bandejas; &#61623; Sistema de fecho tipo rolete; &#61623; Vedação com perfil de silicone de alta temperatura. // Especificações Técnicas &#61623; Temperatura de trabalho ambiente +5°C até 250°C; &#61623; Controle de temperatura digital pid autotuning &#61623; Display led 4 dígitos; &#61623; Resolução 0,1°C para indicação de temperatura de processo; &#61623; Timer programável de 1 a 9999 minutos de 1 em 1 minuto; &#61623;



Indicação de processo led; &#61623; Sensor de temperatura pt 100; &#61623; Cabo de alimentação com plug de 3 pinos, duas fases e um terra, nbr 14136; &#61623; Homogeneidade térmica +/- 1°c / 480l ou 630l +/- 4°c; &#61623; Precisão do sistema +/- 1°c; &#61623; Isolamento térmico lã de vidro, inclusive nas portas; &#61623; Circulação de ar convencional natural, livre de ruídos; &#61623; Alimentação bivolt até 150l, as maiores definir 110v ou 220v; Garantia: 12 meses. Catálogo em anexo.

**Porte da empresa:** ME/EPP

35.865.938/0001-59	PHL DISTRIBUIDORA LABORATORIAL EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 5.000,0000	R\$ 10.000,0000	04/05/2022 17:04:18
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	-----------------	------------------------

**Marca:** SOLIDSTEEL

**Fabricante:** SOLIDSTEEL

**Modelo / Versão:** SSDi 21L

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ESTUFA DE SECAGEM E ESTERILIZACAO DIGITAL DE ALTA PRECISAO COM CAPACIDADE DE 21 LITROS E TRABALHO ATE 250° C. - Gabinete construído em chapa de aço carbono SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento (pintura) em epoxi texturizado eletrostático; - Câmara interna em aço carbono SAE 1020, com pintura em tinta alumínio resistente a altas temperaturas (600°C); - Saída superior - respiro para gases, umidade ou acomodação do termômetro; - Trilhos internos para deslocamento das bandejas; - Sistema de fecho tipo rolete; - Vedação com perfil de silicone de alta temperatura; - Porta fusível; - Porta com puxador anatômico e abertura para direita; - Painel com LED indicador das fases do processo; - Adesivo em policarbonato; - Chave geral liga/desliga; - Controlador eletrônico; - TEMPERATURA DE TRABALHO: ambiente +5°C até 250°C; - CONTROLE DE TEMPERATURA: Display PID autotuning; - DISPLAY: LED 4 dígitos; - RESOLUCAO: 0,1°C para indicação de temperatura de processo; - TIMER: Programável de 1 a 9999 minutos de 1 em 1 minuto; - INDICACAO DE PROCESSO: LED; - SENSOR DE TEMPERATURA: PT 100; - CABO DE ALIMENTACAO: com plug de 3 pinos, duas fases e um terra, NBR 14136; - HOMOGENEIDADE TERMICA: +/- 1°C; - PRECISAO DO SISTEMA: +/- 1°C; - ISOLAMENTO TERMICO: Lã de vidro, inclusive nas portas; - CIRCULACAO DE AR: Convencional natural, livre de ruídos; - ALIMENTACAO: Bivolt; - CAPACIDADE: 21 litros; Incluso bandejas removíveis e termo de garantia. Garantia mínima de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação.

**Porte da empresa:** ME/EPP

16.684.742/0001-13	IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 5.800,0000	R\$ 11.600,0000	04/05/2022 15:25:07
--------------------	-------------------------------	-----	-----	---	----------------	-----------------	------------------------

**Marca:** SOLIDSTEEL

**Fabricante:** SOLIDSTEEL

**Modelo / Versão:** ESTUFA DIGITAL SSD 21L

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ESTUFA DIGITAL SSD 21L Controlador micro processado digital com sistema PID com auto sintonia, possui display LED de 4 dígitos com dupla função, resolução de leitura 0,1°C sendo uma para a programação e outra para indicação digital da temperatura de processo (PV) e Set Point. Precisão do sistema de ± 1°C. Homogeneidade do sistema ± 1°C. Sensor de temperatura tipo PT 100. Temperatura de trabalho de ambiente +5°C até 250°C (outras temperaturas, sob consulta). Tempo de 1 a 9999 minutos com ajuste de 1 em 1 minuto. Aquecimento através de resistência blindada de fácil substituição. Com sistema de circulação de ar por convecção natural, livre de ruídos, com excelente homogeneidade de temperatura no interior da câmara. Porta com guarnição de silicone em todo seu perímetro, garante perfeita vedação da câmara e fecho tipo rolete com puxador de formato anatômico e abertura para a direita. Gabinete construído em chapa de aço SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento (pintura) em epóxi texturizado eletrostático. Câmara e porta interna produzimos com pintura em tinta alumínio resistente a altas temperaturas até 600°C. Isolação térmica em lã de vidro (Roofing) em todas as laterais e na porta. Possui orifício superior (respiro) para saída de gases ou umidade ou acomodação de termômetro. Composto de 2 trilhos na câmara interna para deslocar a bandeja. Painel adesivo em policarbonato a prova d'água, com comando e lâmpadas indicadoras de função. Alimentação: Bivolt 127V ou 220V (Selecionável), 50/60 Hz, potência de 550 Watts. Medidas internas: A 32 x L 24 x C 28 cm Medidas externas: A 50 x L 42 x C 40 cm. \*\*\*Itens inclusos: 2 Bandejas removíveis em aço carbono. Manual de instruções em português. Termo de Garantia 1 ano contra defeitos de fabricação. 1 cabo de energia elétrica com plug de três pinos, duas fases e um terra NBR 14136.

**Porte da empresa:** ME/EPP

17.930.162/0001-21	NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 100.000,0000	R\$ 200.000,0000	04/05/2022 22:07:03
--------------------	---	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

**Marca:** VULCAN

**Fabricante:** VULCAN

**Modelo / Versão:** EES-22D-BI+2 BANDEJAS

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Estufa de Esterilização e Secagem Digital, Aquecimento até 300°C capacidade 22 litros com adicional de mais 1 bandeja. Estufa de Esterilização e Secagem Digital, Aquecimento até 300°C capacidade 22 litros – Mod. EES-22D. A estufa digital para Esterilização e Secagem Vulcan modelo EES-16D possui uma tecnologia embarcada de última geração que garante um aquecimento rápido e preciso da câmara. O controlador microprocessado de última geração com sistema PID dá ao usuário acesso a funções de seleção de temperatura, seleção de tempo, temporizador e parada automática ao fim de cada processo. Seu display LCD de 5.3", permite uma perfeita visualização dos parâmetros de aquecimento, tempo, Set point e configurações do equipamento. O painel de controle com inclinação foi desenhado para dar maior conforto ao operador. Um design moderno e inovador, aliado a uma pintura epóxi lisa dá ao equipamento um ar de leveza e sofisticação. A temperatura máxima desse equipamento pode atingir 300°C, tendo precisão de ± 0.25% e uniformidade de ± 2.5%. A matéria prima utilizada na sua fabricação passa por um rigoroso processo de avaliação de qualidade. O gabinete externo é fabricado em aço carbono SAE1020 e o gabinete interno e prateleiras são fabricados em aço inox polido SAE430. Um duplo sistema de segurança (um digital e outro termostato mecânico) limita a temperatura máxima estabelecida pelo usuário para evitar superaquecimento. O modelo standard é equipado com 2 prateleira, mas opcionalmente pode ser adicionado até 4 prateleiras. As prateleiras possuem ajuste de altura, permitindo ao usuário ajustar a distância entre prateleiras para melhor aproveitamento do espaço interno da câmara. Um alarme sonoro indicará ao usuário que o equipamento atingiu a temperatura desejada e quando o ciclo programado chegar ao fim. A porta pode ser aberta em 180° com sentido variável\* (direita ou esquerda), adaptando-se a cada usuário para facilitar a utilização. A vedação da porta é feita com um silicone industrial de alta resistência para altas temperaturas. Possui aletas na parede superior do equipamento que permite a saída de eventuais gases gerado no processo. Possui um orifício para colocação de termômetros para aferições de temperaturas ou calibrações. Resumo Técnico: Capacidade: 22 Litros Temperatura Interior da câmara: ambiente ~300°C Controlador: Microprocessado digital com rampa de seleção para aquecimento mais rápido. Sensor Temperatura: PT100 Precisão temperatura: ± 0.5% Resolução da temperatura: 0,1°C Uniformidade Temperatura: ±2.5% Potência: 600 Watts (resistências tubulares

blindadas) Ajuste do Tempo: entre 1 a 9999 minutos Variação do Ajuste do Tempo: a cada 1 minuto Isolamento Térmico: Duplo com Lã de Rocha de alta densidade, inclusive na porta Dimensões da Câmara interna: 26X26X31cm. Dimensões do Gabinete externo: 42X42X47cm. Alimentação: 127 ou 220 Volts Garantia: 12 meses contra defeitos de fabricação Adicional: Fabricação Nacional Acompanha o Equipamento: 1 cabo de força com 3 pinos / Manual de Instruções / 3 Prateleiras. "

**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.000,0000	17.930.162/0001-21	05/05/2022 09:00:05:070
R\$ 5.800,0000	16.684.742/0001-13	05/05/2022 09:00:05:070
R\$ 5.000,0000	35.865.938/0001-59	05/05/2022 09:00:05:070
R\$ 4.500,0000	41.950.966/0001-77	05/05/2022 09:00:05:070
R\$ 3.600,0000	11.232.743/0001-03	05/05/2022 09:00:05:070
R\$ 2.335,0000	25.462.154/0001-26	05/05/2022 09:00:05:070
R\$ 2.335,0000	38.419.205/0001-89	05/05/2022 09:00:05:070
R\$ 2.335,0000	37.182.085/0001-86	05/05/2022 09:00:05:070
R\$ 2.330,0000	38.419.205/0001-89	05/05/2022 09:05:10:153
R\$ 2.539,7000	16.684.742/0001-13	05/05/2022 09:05:11:433
R\$ 2.334,9900	41.950.966/0001-77	05/05/2022 09:06:01:230
R\$ 2.020,0000	17.930.162/0001-21	05/05/2022 09:06:38:570
R\$ 2.201,8000	16.684.742/0001-13	05/05/2022 09:06:39:520
R\$ 2.329,9900	41.950.966/0001-77	05/05/2022 09:08:30:893
R\$ 2.019,0000	37.182.085/0001-86	05/05/2022 09:13:54:757
R\$ 2.200,7100	16.684.742/0001-13	05/05/2022 09:13:56:160
R\$ 2.000,0000	17.930.162/0001-21	05/05/2022 09:14:01:167
R\$ 2.180,0000	16.684.742/0001-13	05/05/2022 09:14:01:423
R\$ 1.999,0000	37.182.085/0001-86	05/05/2022 09:14:07:573
R\$ 2.178,9100	16.684.742/0001-13	05/05/2022 09:14:11:847
R\$ 1.900,0000	17.930.162/0001-21	05/05/2022 09:18:39:153
R\$ 2.300,0000	35.865.938/0001-59	05/05/2022 09:18:40:143
R\$ 1.899,0000	37.182.085/0001-86	05/05/2022 09:19:40:887
R\$ 1.700,0000	17.930.162/0001-21	05/05/2022 09:20:03:910
R\$ 1.699,0000	37.182.085/0001-86	05/05/2022 09:20:15:240
R\$ 2.299,9900	25.462.154/0001-26	05/05/2022 09:20:21:217
R\$ 1.550,0000	17.930.162/0001-21	05/05/2022 09:24:06:553
R\$ 2.102,2100	16.684.742/0001-13	05/05/2022 09:24:46:137
R\$ 2.087,0000	25.462.154/0001-26	05/05/2022 09:24:46:673

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	05/05/2022 09:05:09	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	05/05/2022 09:23:44	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	05/05/2022 09:23:44	Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R\$ 1.699,0000 e R\$ 2.300,0000.
Encerramento	05/05/2022 09:28:45	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	05/05/2022 09:28:45	Item com etapa fechada encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	05/05/2022 10:22:25	Convocado para envio de anexo o fornecedor NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI, CNPJ/CPF: 17.930.162/0001-21.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	05/05/2022 10:53:17	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI, CNPJ/CPF: 17.930.162/0001-21.
Recusa de proposta	05/05/2022 15:17:51	Recusa da proposta. Fornecedor: NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI, CNPJ/CPF: 17.930.162/0001-21, pelo melhor lance de R\$ 1.550,0000. Motivo: Proposta recusada após análise de responsável técnico. O equipamento ofertado não atende aos requisitos do edital, sendo eles: - Material de isolamento térmico (lã de vidro): camada de lã de rocha; - Homogeneidade térmica (+/- 1°C): uniformidade ± 2,5%.
Recusa de	05/05/2022	Recusa da proposta. Fornecedor: EMERSON NUNES DO EGITO, CNPJ/CPF: 37.182.085/0001-86, pelo

proposta	15:19:50	melhor lance de R\$ 1.699,0000. Motivo: Proposta recusada após análise de responsável técnico. O equipamento ofertado não atende aos requisitos do edital, sendo eles: - Temperatura de trabalho (ambiente +5°C até 250°C): 50°C até 200°C; - Precisão do sistema (+/- 1°C): +/- 5°C.
Aceite de proposta	05/05/2022 15:20:12	Aceite individual da proposta. Fornecedor: OBJECT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 25.462.154/0001-26, pelo melhor lance de R\$ 2.087,0000. Motivo: Item aceito após avaliação do responsável técnico.
Abertura do prazo - Convocação anexo	06/05/2022 14:20:11	Convocado para envio de anexo o fornecedor OBJECT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 25.462.154/0001-26.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	06/05/2022 14:30:49	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor OBJECT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 25.462.154/0001-26.
Habilitação de fornecedor	09/05/2022 16:51:31	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: OBJECT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 25.462.154/0001-26, pelo melhor lance de R\$ 2.087,0000.

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 6 - Termômetro**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
37.182.085/0001-86	EMERSON NUNES DO EGITO <b>Marca:</b> akz <b>Fabricante:</b> akz <b>Modelo / Versão:</b> 801 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Termômetro Tipo: Digital , Faixa Medição Temperatura: -32 A 600 °C, Aplicação: Campo , Elemento Expansão: Infravermelho , Material: Plástico , Características Adicionais: Mira Laser,Tempo De Resposta De 500 Ms E Portátil , Resolução: 0,5 ° <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	2	R\$ 290,0000	R\$ 580,0000	04/05/2022 17:19:58
34.514.779/0001-85	INSTRULABOR CALIBRACAO E MANUTENCAO EIRELI <b>Marca:</b> FORMIS <b>Fabricante:</b> FORMIS <b>Modelo / Versão:</b> FOR-550 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Termômetro Tipo: Digital , Faixa Medição Temperatura: -32 A 600 °C, Aplicação: Campo , Elemento Expansão: Infravermelho , Material: Plástico , Características Adicionais: Mira Laser,Tempo De Resposta De 500 Ms E Portátil , Resolução: 0,5 ° <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	2	R\$ 290,0000	R\$ 580,0000	04/05/2022 17:48:44
38.438.581/0001-10	CARLOS AUGUSTO NASCIMENTO PEREIRA 06162526682 <b>Marca:</b> KKcare <b>Fabricante:</b> KKcare <b>Modelo / Versão:</b> TH01B <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Termômetro infravermelho profissional com display LCD digital para medir a temperatura da superfície de um objeto, também capaz de medir a temperatura da água, óleo e outros líquidos. Especificações: Modelo: TH01B Faixa de medição: -50~400&#8451; (-58~752&#8457;) Precisão: ±(1,5% da leitura+ 2&#8451;)/ TH01B: Faixa de medição: -50~600&#8451; (-58~1112&#8457;) Precisão: ±(1,5% da leitura+2&#8451;)/ Material: ABS Exibição: LCD Emissividade: 0,10~1,00 Campo de visão (Relação D:S): 12: 1 Resposta espectral: 8~14&#956; Classe do Ponteiro Laser: Classe 2 Saída do Ponteiro Laser: <1mW de potência Ponteiro Laser Comprimento de Onda: 620~690nm Tempo de Resposta: <0,5 segundo Desligamento Automático: 30 segundos Temperatura de operação: 0~40&#8451; / 32~104&#8457; Temperatura de armazenamento: -10~60&#8451; / 14~140&#8457; Fonte de alimentação: 2 * bateria AAA (NÃO incluída) Tamanho do item: 153 * 79 * 44,8 mm / 6,02 * 3,11 * 1,76in Peso do item: 104g / 3,67 onças P Peso do pacote: 158g / 5.57oz Tamanho do pacote: 17,5 * 9,5 * 5,5 cm / 6,89 * 3,74 * 2,17in Lista de embalagem: 1 * Termômetro 1 * Manual (inglês) <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	2	R\$ 300,0000	R\$ 600,0000	04/05/2022 15:40:37
17.930.162/0001-21	NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI <b>Marca:</b> SATRA <b>Fabricante:</b> SATRA <b>Modelo / Versão:</b> GM550E <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> "• Termômetro Infravermelho. O termômetro infravermelho é utilizado para medir à distância, de modo rápido e seguro, a temperatura da superfície de objetos quentes, perigosos ou de difícil acesso. O equipamento possui uma unidade ótica, amplificador de sinal do sensor de temperatura, processador e visor LCD. Conta com funções de temperatura máxima, mínima, média e diferença. A unidade ótica coleta a energia infravermelha emitida pelo objeto e foca no sensor. O sensor converte a energia captada e converte em sinal	Sim	Sim	2	R\$ 100.000,0000	R\$ 200.000,0000	04/05/2022 22:07:03

elétrica. O sinal será amplificado e processado pelo processador e leitura será exibida no visor. Faixa de Temperatura: -50 a 550°C (-58 a 1022°F) Precisão: 0 a 550°C (32 a 1022°F): ±1.5°C (±2.7°F) ou 1.5% / -50 a 0°C (-58 a 32°F): ±3°C (±5°F) / Qual for maior Resolução: 0.1°C (0.1°F) Repetibilidade: 1% da leitura ou 1°C Tempo de Resposta: 500 ms, 95% de resposta Resposta Espectral: 8 a 14 &#956;m Emissividade: 0.10 a 1.00 (ajustável) Distância Focal: 12:1 Temp. de Trabalho: 0 a 40°C (32 a 104°F) Umidade de Trabalho: 10 a 95% URA Temp. de Armazenamento: -20 a 60°C (-4 a 140°F) Alimentação: Compatível com bateria alcalina 9V ou NiCd Vida útil típica de bateria alcalina: Modo sem laser: 22 horas / Modo com laser: 12 horas Peso: 147,5 g Dimensões: 153 x 101 x 43 mm \*Bateria não inclusa"

**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.000,0000	17.930.162/0001-21	05/05/2022 09:00:05:070
R\$ 300,0000	38.438.581/0001-10	05/05/2022 09:00:05:070
R\$ 290,0000	37.182.085/0001-86	05/05/2022 09:00:05:070
R\$ 290,0000	34.514.779/0001-85	05/05/2022 09:00:05:070
R\$ 200,0000	17.930.162/0001-21	05/05/2022 09:06:43:453
R\$ 199,0000	37.182.085/0001-86	05/05/2022 09:10:01:830
R\$ 190,0000	17.930.162/0001-21	05/05/2022 09:10:14:420
R\$ 185,0000	37.182.085/0001-86	05/05/2022 09:12:05:657
R\$ 180,0000	17.930.162/0001-21	05/05/2022 09:13:04:070
R\$ 179,0000	37.182.085/0001-86	05/05/2022 09:14:16:023
R\$ 170,0000	17.930.162/0001-21	05/05/2022 09:18:44:197
R\$ 168,5000	37.182.085/0001-86	05/05/2022 09:18:55:350
R\$ 150,0000	17.930.162/0001-21	05/05/2022 09:18:58:487
R\$ 145,0000	37.182.085/0001-86	05/05/2022 09:19:34:323
R\$ 130,0000	17.930.162/0001-21	05/05/2022 09:20:06:090
R\$ 289,0000	38.438.581/0001-10	05/05/2022 09:20:11:810
R\$ 129,0000	37.182.085/0001-86	05/05/2022 09:20:33:747
R\$ 150,0000	34.514.779/0001-85	05/05/2022 09:20:57:380
R\$ 249,0000	38.438.581/0001-10	05/05/2022 09:27:31:990
R\$ 125,0000	37.182.085/0001-86	05/05/2022 09:30:06:700

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	05/05/2022 09:05:10	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	05/05/2022 09:27:30	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	05/05/2022 09:27:30	Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R\$ 129,0000 e R\$ 289,0000.
Encerramento	05/05/2022 09:32:31	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	05/05/2022 09:32:31	Item com etapa fechada encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	05/05/2022 10:26:01	Convocado para envio de anexo o fornecedor EMERSON NUNES DO EGITO, CNPJ/CPF: 37.182.085/0001-86.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	05/05/2022 12:04:25	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor EMERSON NUNES DO EGITO, CNPJ/CPF: 37.182.085/0001-86.
Recusa de proposta	05/05/2022 15:33:13	Recusa da proposta. Fornecedor: EMERSON NUNES DO EGITO, CNPJ/CPF: 37.182.085/0001-86, pelo melhor lance de R\$ 125,0000. Motivo: Proposta recusada após análise de responsável técnico. O catálogo não dispõe de todas informações necessárias para análise completa do item ofertado e dentre as informações apresentadas, a faixa de medição não atende ao requisito do termo de referência (-50°C a 600°C), o item apresenta -50°C a 380°C
Abertura do prazo - Convocação anexo	05/05/2022 15:35:50	Convocado para envio de anexo o fornecedor NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI, CNPJ/CPF: 17.930.162/0001-21.
Abertura do prazo - Convocação anexo	05/05/2022 15:35:54	Convocado para envio de anexo o fornecedor INSTRULABOR CALIBRACAO E MANUTENCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 34.514.779/0001-85.
Abertura do prazo - Convocação anexo	05/05/2022 15:36:03	Convocado para envio de anexo o fornecedor CARLOS AUGUSTO NASCIMENTO PEREIRA 06162526682, CNPJ/CPF: 38.438.581/0001-10.

Convocação  
anexo

Encerramento

do prazo - 05/05/2022 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CARLOS AUGUSTO NASCIMENTO  
Convocação 15:51:59 PEREIRA 06162526682, CNPJ/CPF: 38.438.581/0001-10.  
anexo

Encerramento

do prazo - 05/05/2022 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor INSTRULABOR CALIBRACAO E  
Convocação 15:57:37 MANUTENCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 34.514.779/0001-85.  
anexo

Encerramento

do prazo - 06/05/2022 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS  
Convocação 09:47:20 EIRELI, CNPJ/CPF: 17.930.162/0001-21.  
anexoRecusa da proposta. Fornecedor: NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI, CNPJ/CPF:  
06/05/2022 17.930.162/0001-21, pelo melhor lance de R\$ 130,0000. Motivo: Proposta recusada pela não  
13:40:09 apresentação de catálogo de especificações técnicas para avaliação. Fornecedor não apresentou  
catálogo e informou não ser viável arrematar somente este item por inviabilidade de entrega.Recusa da proposta. Fornecedor: INSTRULABOR CALIBRACAO E MANUTENCAO EIRELI, CNPJ/CPF:  
06/05/2022 34.514.779/0001-85, pelo melhor lance de R\$ 150,0000. Motivo: Proposta recusada após análise de  
13:42:24 responsável técnico. A faixa de medição não atende aos requisitos do termo de referência (-50°C a  
600°C), o item apresenta -50°C a 550°C e o tempo de resposta (taxa de amostragem) é solicitado de  
0,1 segundos (100 ms) e o item ofertado é de 300 ms.Recusa da proposta. Fornecedor: CARLOS AUGUSTO NASCIMENTO PEREIRA 06162526682,  
06/05/2022 CNPJ/CPF: 38.438.581/0001-10, pelo melhor lance de R\$ 249,0000. Motivo: Proposta recusada após  
13:49:22 análise de responsável técnico. - Tempo de resposta é solicitado de 0,1 segundos e o item ofertado é  
<0,5 segundos; - Precisão solicitada é de +/- 1,5°C e o item ofertado é +/- 1,5% da leitura + 2°C.Cancelado no 06/05/2022 Item cancelado no julgamento. Motivo: Item cancelado por não obter nenhuma proposta que atenda  
16:51:41 aos requisitos do termo de referência.**Não existem intenções de recurso para o item****Item: 7 - Turbidímetro****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
27.263.741/0001-11	RC SCIENTIFIC COMERCIO DE INSTRUMENTOS ANALITICOS EIREL	Sim	Sim	1	R\$ 3.000,0000	R\$ 3.000,0000	22/04/2022 11:31:42
	<b>Marca:</b> POLICONTROL <b>Fabricante:</b> POLICONTROL <b>Modelo / Versão:</b> AP 2000 IR <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> TURBIDÍMETRO AP 2000 iR – POLICONTROL Turbidímetro digital microprocessado para análise de turbidez em campo ou bancada. Equipamento de fácil operação e manuseio, possui display com informações operacionais em português. Construído com gabinete em ABS. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS • Princípio de Medição: Nefelométrico (ISO 7027). • Sistema Óptico: com 2 detectores internos, um a 180° para Luz Transmitida eliminando interferências de cor da amostra e outro a 90° compensando as flutuações de luminosidade. • Faixa de Medição: Automática 0 a 1000 NTU, Manual 0 a 40 NTU / 0,1 a 99,9 NTU / 0 a 1000 NTU. • Resolução Automática: 0,01 NTU na menor faixa (0 a 40 NTU), 0,1 NTU (0,1 a 99,9) e 1 NTU (0 a 1000 NTU). • Precisão: +/- 2% da leitura de 0 a 1000 NTU. • Repetibilidade: +/- 1% da leitura ou 0,01 NTU, o que for maior. • Luz Espúria: < 0,02 NTU. • Incerteza Máxima: +/-2% em toda escala. • Operação: Auto-Press. • Display: LCD - 2 linhas / 16 caracteres. Apresenta entre outras, as funções de congelamento de resultados, identificação do analista e amostra, lembrete de verificação de calibração e histórico, senha de acesso, status da bateria. • Detector: Fotocélula de Silício. • Leitura: modo manual ou automática com intervalos definidos pelo usuário (0 a 250 segundos). • Amostragem: programável entre 8 a 100 amostras, com tempo de resposta entre 4 a 27 segundos. • Fonte de Luz: iR - Infra Vermelho. • Teclado: Tipo bolha com operação por 06 teclas. • Memória: Armazenamento dos últimos 1000 dados com indicação de data, hora e calibração. • Desligamento automático (Auto off): programável de 1 a 60 min. Para economizar pilhas. • Curvas: 1 de fábrica e 2 de usuário com até 20 pontos selecionáveis, permitindo ajuste e inserção de curva com padrões do usuário ou comercialmente disponíveis. • Modos de Medição: Média de Sinal (automática e ou manual) e "Fast Settling". • Modos de Calibração: Calibração Rápida (0,00 a 40,0 NTU), calibração para a faixa de 0 a 1000 NTU e calibração por faixa. • Alimentação: Via USB/CA, 100~240Vac / 5 Vdc - 1A e 4 pilhas AA. • Indicador de Bateria Fraca: Trocar bateria. • Estocagem: - 40 a 60 °C (só o instrumento). • Condições de Operação: Temperatura: 0 a 50°C e Umidade Relativa: 0 a 90%, não condensado. • Saída Serial: USB compatível diretamente com sistema UniLIMS não havendo necessidade de nenhum recurso adicional. • Dimensão aprox.: 114 x 198 x 83 mm. • Acompanha o equipamento: 2 cubetas para amostra; 4 padrões primários de Formazina Estabilizados <0,1 / 20 / 100 e 800 NTU em cubetas seladas; maleta para transporte; copo para coleta de amostras de 30 mL; flanela para limpeza/secagem das cubetas; manual de instruções em português; certificado de garantia. • Garantia: 2 anos contra defeitos de fabricação. • Modelo: AP 2000 iR. • Marca / Fabricante: PoliControl (Brasil). Empresa certificada pela ABNT NBR ISO 9001. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
35.865.938/0001-59	PHL DISTRIBUIDORA LABORATORIAL EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 3.400,0000	R\$ 3.400,0000	04/05/2022 17:04:18

**Marca:** DELLAB**Fabricante:** DELLAB**Modelo / Versão:** DLI-2500

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** TURBIDIMETRO DIGITAL indicado para medir a turvação em líquidos, medindo a concentração de partículas sólidas suspensas na amostra. Modelo portátil que facilita a utilização a campo, tornando viável a verificação do nível de turbidez (NTU) em água potável, rios, lagos, em tratamento de água residual, sistemas de aquecimento, entre outros. Tamanho compacto. Funcionamento com pilhas e também pode ser alimentado via cabo USB, podendo ser conectado em computadores, notebooks e carregadores de celular. Acompanha maleta de transporte, 2 cubetas para medição (10ml), 1 cubeta de solução padrão 0NTU (10ml), 1 cubeta de solução padrão 20NTU (10ml), 1 cubeta de solução padrão 100NTU (10ml), 1 cubeta de solução padrão 800NTU (10ml), 1 copo para coleta de amostras (30ml) e 1 flanela para limpeza/secagem das cubetas. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: - Faixa de medição: 0 a 1000 NTU - Resolução: 0.01 NTU (0 a 19.99 NTU); 0.1 NTU (20 a 199.9 NTU); 1 NTU (200 a 1000 NTU) - Exatidão: +/- 0.5 NTU +5% da leitura - Comprimento de onda: 850nm - Angulo de medição: 90° - Temperatura de operação: 0 a 50°C - Umidade de operação: 10 a 90% UR (sem condensação) - Alimentação: 6Vdc (4 pilhas AAA alcalinas) ou 6Vdc - 500mA - Método de medição: ISO7027 - Tempo de resposta: até 10 segundos - Unidades de medição: NTU/FTU/EBC - Desligamento automático por inatividade: 5 a 10 minutos - Calibração em até 4 pontos (acompanha soluções 0, 20, 100 e 800 NTU) - Memória para no mínimo 150 registros - Garantia: mínima de 01 (um) ano contra defeito de fabricação - Assistência técnica autorizada de no mínimo 03 (três) anos do equipamento

**Porte da empresa:** ME/EPP

18.016.106/0001-49	A T C INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS TECNICOS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 3.460,0000	R\$ 3.460,0000	14/04/2022 13:53:57
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

**Marca:** DELLAB**Fabricante:** DELFINI INDÚSTRIA COMÉRCIO LTDA-EPP**Modelo / Versão:** DLI-2500

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** TURBIDIMETRO MICROPROCESSADO DIGITAL Modelo DLI-2500 Para análise de turbidez em água potável, tratamento de água, no campo ou laboratório. Atende a PORTARIA GM/MS Nº 888 DE 04.05.2021, STANDARD METHODS FOR THE EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER - 23rd Edition, NBR N. 11.265/MB N.3.227 E ISO 7027. PRINCÍPIO NEFELOMÉTRICO 90°. Visor LCD 2 linhas X 16 caracteres com exibição de diversas mensagens e função back-light (luz de fundo) para leituras em ambientes pouco iluminado, nesta função o consumo da bateria é maior. Gabinete em ABS resistente a impactos, grau de proteção IP-67, a prova d'água com os compartimentos da bateria e da saída serial/energia firmemente fechados e aparafusados, flutuante em casos de queda acidental na água; teclado em policarbonato resistente a corrosão, respingos e solventes orgânicos. Emissor em estado sólido 860 nm, Norma ISO-7027; Detectores: fotocélulas de silício; Sistema de medição que elimina a interferência da cor na amostra. Leitura manual e automática em até 10 segundos. Leituras em NTU, EBC e SULFATO. Alimentação: Fonte chaveada de 100 a 240 v - 47/64Hz, e bateria de 9V. De fácil operação e manuseio, display com informações operacionais em português; Princípio de medição: NEFELOMÉTRICO, com função de média de sinal para compensação das flutuações nas leituras, causadas pelo movimento de grandes partículas. Leitura normal ou por média de sinal. Faixas de medição: 0,00 a 9,99; 10,0 a 99,9 e de 100 a 1000 NTU; 0 a 250 EBC e 0 a 80 PPM de sulfato. Resolução: 0,01 - 0,1 - 1 NTU, EBC e Sulfato. Precisão fotométrica: +/- 2% na faixa de 0 a 500 NTU e +/- 3% de 501 a 1000 NTU. Seleção da escala automática, ou manual pelo usuário, por faixa de trabalho. Repetibilidade +/- 1% da leitura ou 0,01 NTU. Inserção de curva de calibração pelo usuário, amostra mínima de 10 ml. Memória para armazenar até 1000 resultados, com identificação de analista, da amostra data e hora em cada resultado com senha de segurança, permitindo a transferência desses dados através da saída RS 232 para computador ou impressora e a visualização dos resultados de análises e das últimas 30 calibrações. Desligamento: automático após período de inatividade com definição do tempo pelo usuário de 1 a 59 minutos ou manual via teclado; indicador de bateria fraca, indicando quando houver necessidade de efetuar troca. Ambiente de trabalho: 0 a 90% Umidade Relativa não condensada e temperatura de 0 a 55°C. LARG - 10 cm ; COMPR - 22 cm ; ALT - 8 cm ; PESO - 450 gr. Calibração automática em 4 pontos: > 0,10/10/ 100 e 800 NTU; Acompanha : Maleta em PP resistente a impactos, grau de proteção IP-65, para transporte e uso do aparelho no campo, 03 cubetas pareadas de vidro com tampa, Padrões estabilizados nas Concentrações < 0,1 NTU, 10 NTU, 100 NTU e 800 NTU com 1 ano de validade, 1 Bateria de 9 V e 1 fonte chaveada (NBR 14136) de 100/240 v - 47/64Hz. 1 pano especial para limpeza e secagem das cubetas e co beker de 50 ml para coleta das amostras. Manual de instruções e operação em português com Certificado de Garantia de 1 ano. Assistência técnica permanente.

**Porte da empresa:** ME/EPP

38.419.205/0001-89	CATIONLAB EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 3.462,0000	R\$ 3.462,0000	02/05/2022 16:13:38
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

**Marca:** DELLAB**Fabricante:** DELLAB**Modelo / Versão:** DLI-2500

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** TURBIDIMETRO MICROPROCESSADO - MOD. DLI-2500 - MARCA: DELLAB - PROCEDÊNCIA NACIONAL OFERECEMOS! Para análise de turbidez em água potável, tratamento de água, no campo ou laboratório ATENDE a Portaria MS 2914/2011, STANDARD METHODS FOR THE EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER - 21 st Edition, NBR N. 11.265/MB N.3.227 E ISO 7027. PRINCÍPIO NEFELOMÉTRICO 90°. Visor LCD 2 linhas X 16 caracteres com exibição de diversas mensagens e função backlight (luz de fundo) para leituras em ambientes pouco iluminado, nesta função o consumo da bateria é maior, Gabinete em ABS resistente a impactos, grau de proteção IP-67, a prova d'água com os compartimentos da bateria e da saída serial/energia firmemente fechados e aparafusados, flutuante em casos de queda acidental na água; teclado em policarbonato resistente a corrosão, respingos e solventes orgânicos. Emissor em estado sólido 860nm, Norma ISO-7027; Detectores: fotocélulas de silício; Sistema de medição que elimina a interferência da cor na amostra. Leitura manual e automática em até 20 segundos. Leituras em NTU, EBC e SULFATO. Alimentação: Fonte chaveada de 100 a 240 v - 47/64Hz, e bateria de 9V. De fácil operação e manuseio, display com informações operacionais em português; Princípio de medição: NEFELOMÉTRICO, com função de média de sinal para compensação das flutuações nas leituras, causadas pelo movimento de grandes partículas. Faixas de medição: 0,00 a 9,99; 10,0 a 99,9 e de 100 a 1000 NTU; 0 a 250 EBC e 0 a 80 PPM de sulfato. Resolução: 0,01 - 0,1 - 1 NTU, EBC e Sulfato. Precisão: +/- 2% nas faixas de 0 a 1000 NTU. Seleção automática ou manual, pelo usuário, por faixa de trabalho. Repetibilidade +/- 1% da leitura ou 0,01 NTU. Inserção de curva de calibração pelo usuário, amostra mínima de 10 ml • Memória para armazenar até 1100 resultados, com identificação de analista, da amostra data e hora em cada resultado com senha de segurança, permitindo a transferência desses dados através da saída RS 232 para

computador ou impressora e a visualização dos resultados de análises e das últimas 25 calibrações bem sucedidas; 250 calibrações e verificações. Desligamento: automático após período de inatividade com definição do tempo pelo usuário de 1 a 59 minutos ou manual via MENU; Indicador de bateria fraca, indicando quando houver necessidade de efetuar troca. Ambiente de trabalho: 0 a 80% Umidade Relativa não condensada e temperatura de 0 a 55°C. LARG - 10 cm ; COMPR - 22 cm ; ALT - 8 cm ; PESO - 395 gr. Calibração automática em 4 pontos: > 0,10/10/100 e 800 NTU; e calibração rápida com 1 padrão na faixa até 40 NTU; faixa completa (0 - 1.000 NTU). ACOMPANHA: Maleta em PP resistente a impactos, grau de proteção IP-65, para transporte e uso do aparelho no campo, 03 cubetas pareadas de vidro com tampa, Padrões de Formazina estabilizada em cubetas lacradas nas Concentrações < 0,1 NTU, 10 NTU, 100 NTU e 800 NTU com 1 ano de validade, 1 conjunto de padrões secundários para checagem de calibração com 3 cubetas nos valores 0-10; 10-100; 100-1.000, 1 Bateria de 9 V e 1 fonte chaveado (NBR 14136) de 100/240 v - 47/64Hz, Manual de instruções e operação em português com Certificado de Garantia.

**Porte da empresa:** ME/EPP

55.956.510/0001-29	LIO SERUM PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 3.462,7100	R\$ 3.462,7100	04/05/2022 17:12:14
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

**Marca:** DELLAB

**Fabricante:** DELLAB

**Modelo / Versão:** DLI2500

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** TURBIDIMETRO DIGITAL. Indicado para medir a turvação em líquidos, medindo a concentração de partículas sólidas suspensas na amostra. Modelo portátil que facilita a utilização a campo, tornando viável a verificação do nível de turbidez (NTU) em água potável, rios, lagos, em tratamento de água residual, sistemas de aquecimento, entre outros. Tamanho compacto. Funcionamento com pilhas e também pode ser alimentado via cabo USB, podendo ser conectado em computadores, notebooks e carregadores de celular. Acompanha maleta de transporte, 2 cubetas para medição (10ml), 1 cubeta de solução padrão ONTU (10ml), 1 cubeta de solução padrão 20NTU (10ml), 1 cubeta de solução padrão 100NTU (10ml), 1 cubeta de solução padrão 800NTU (10ml), 1 copo para coleta de amostras (30ml) e 1 flanela para limpeza/secagem das cubetas.

**Porte da empresa:** ME/EPP

37.641.908/0001-94	TIAGO DE AZEVEDO LIMA MAQ E EQUIP	Sim	Sim	1	R\$ 4.000,0000	R\$ 4.000,0000	04/05/2022 09:02:06
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

**Marca:** AKSO

**Fabricante:** AKSO

**Modelo / Versão:** TU430

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Por ser portátil e ser compacto, facilita a utilização a campo, tornando viável a verificação do nível de turbidez (NTU) em água potável, rios, lagos, em tratamento de água residual, sistemas de aquecimento entre outros. Possui uma faixa de medição de 0 a 1000 NTU, permite calibração em até quatro pontos (0, 20, 100 e 800NTU) e tem memória para até 150 registros. Seu diferencial está em seu tamanho compacto e sua maleta completa que garantem praticidade e agilidade de medição em qualquer lugar. Para maior praticidade e economia, além de funcionar com pilhas, agora pode ser alimentado via cabo USB, podendo ser conectado em computadores, notebooks e carregadores de celular. Acompanha maleta de transporte, 2 cubetas para medição (10mL), 1 cubeta de solução padrão ONTU (10mL), 1 cubeta de solução padrão 20NTU (10mL), 1 cubeta de solução padrão 100NTU (10mL), 1 cubeta de solução padrão 800NTU (10mL), 1 copo para coleta de amostras (30mL) e 1 flanela para limpeza/secagem das cubetas. Faixa de medição: 0 a 1000 NTU Resolução: 0.01NTU (0 a 19.99 NTU) 0.1NTU (20 a 199.9 NTU) 1NTU (200 a 1000 NTU) Exatidão: ± (0.5NTU + 5% da leitura) Comprimento de onda: 850nm Angulo de Medição: 90° Dimensões (LxAxP): 70 x 136 x 65 mm Peso: 195g (com pilhas) Temperatura de operação: 0 a 50°C Umidade de operação: 10 a 90%UR (sem condensação) Alimentação: 6Vdc (4 pilhas AAA alcalinas) ou 6Vdc - 500mA (adaptador AC/DC - não incluso) Método de medição: ISO7027 Tempo de resposta: 10 segundos Unidades de medição: NTU / FTU / EBC Funções adicionais: - Desligamento automático por inatividade: 10 minutos - Calibração em até 4 pontos (acompanha soluções 0, 20, 100 e 800NTU) - Memória para até 150 registros

**Porte da empresa:** ME/EPP

34.514.779/0001-85	INSTRULABOR CALIBRACAO E MANUTENCAO EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 5.000,0000	R\$ 5.000,0000	04/05/2022 17:48:44
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

**Marca:** AKSO

**Fabricante:** AKSO

**Modelo / Versão:** TU430

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Turbidímetro Tipo: Digital , Alimentação: 110/220 VCA, Material: Aço Inoxidável , Formato: Retangular , Faixa Trabalho: 0 A 1.000 NTU, Resolução: Escala De 0 A 10 - 0,01ntu; De 10 A 100 - 0,1ntu; , Precisão: 2% NTU, Aplicação: Medir A Turbidez De Líquidos

**Porte da empresa:** ME/EPP

07.756.105/0001-14	FLOPTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 5.000,0000	R\$ 5.000,0000	05/05/2022 08:38:26
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

**Marca:** ALFAKIT

**Fabricante:** ALFAKIT

**Modelo / Versão:** TURBIDÍMETRO PLUS II MICROPROCESSADO

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Turbidímetro Tipo: Digital , Alimentação: 110/220 VCA, Material: Aço Inoxidável , Formato: Retangular , Faixa Trabalho: 0 A 1.000 NTU, Resolução: Escala De 0 A 10 - 0,01ntu; De 10 A 100 - 0,1ntu; , Precisão: 2% NTU, Aplicação: Medir A Turbidez De Líquidos

**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

**Valor do Lance**

R\$ 5.000,0000

**CNPJ/CPF**

07.756.105/0001-14

**Data/Hora Registro**

05/05/2022 09:00:05:070

R\$ 5.000,0000	34.514.779/0001-85	05/05/2022 09:00:05:070
R\$ 4.000,0000	37.641.908/0001-94	05/05/2022 09:00:05:070
R\$ 3.462,7100	55.956.510/0001-29	05/05/2022 09:00:05:070
R\$ 3.462,0000	38.419.205/0001-89	05/05/2022 09:00:05:070
R\$ 3.460,0000	18.016.106/0001-49	05/05/2022 09:00:05:070
R\$ 3.400,0000	35.865.938/0001-59	05/05/2022 09:00:05:070
R\$ 3.000,0000	27.263.741/0001-11	05/05/2022 09:00:05:070
R\$ 3.381,0000	38.419.205/0001-89	05/05/2022 09:05:17:310
R\$ 2.990,0000	18.016.106/0001-49	05/05/2022 09:05:43:210
R\$ 2.980,0000	27.263.741/0001-11	05/05/2022 09:08:11:043
R\$ 2.981,0000	07.756.105/0001-14	05/05/2022 09:08:21:587
R\$ 2.970,0000	18.016.106/0001-49	05/05/2022 09:08:25:723
R\$ 2.971,0000	07.756.105/0001-14	05/05/2022 09:11:12:453
R\$ 2.950,0000	35.865.938/0001-59	05/05/2022 09:19:02:207
R\$ 2.940,0000	18.016.106/0001-49	05/05/2022 09:19:14:147
R\$ 2.951,0000	07.756.105/0001-14	05/05/2022 09:19:14:207
R\$ 2.941,0000	07.756.105/0001-14	05/05/2022 09:19:23:717
R\$ 3.460,0000	37.641.908/0001-94	05/05/2022 09:20:01:830
R\$ 2.950,0000	27.263.741/0001-11	05/05/2022 09:20:15:150
R\$ 3.459,9900	55.956.510/0001-29	05/05/2022 09:20:20:527
R\$ 2.945,0000	27.263.741/0001-11	05/05/2022 09:20:45:720
R\$ 3.350,0000	34.514.779/0001-85	05/05/2022 09:20:57:393
R\$ 3.338,0000	38.419.205/0001-89	05/05/2022 09:20:59:130
R\$ 1.900,0000	07.756.105/0001-14	05/05/2022 09:21:32:037
R\$ 2.250,0000	18.016.106/0001-49	05/05/2022 09:21:39:713
R\$ 2.500,0000	27.263.741/0001-11	05/05/2022 09:21:48:457
R\$ 2.720,0000	35.865.938/0001-59	05/05/2022 09:22:15:223

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	05/05/2022 09:05:11	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	05/05/2022 09:21:20	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	05/05/2022 09:21:20	Fornecedores convocados para a 1ª etapa fechada apresentaram lance entre R\$ 2.940,0000 e R\$ 2.950,0000.
Encerramento	05/05/2022 09:26:21	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	05/05/2022 09:26:21	Item com etapa fechada encerrada.
Aceite de proposta	06/05/2022 16:30:37	Aceite individual da proposta. Fornecedor: FLOPTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 07.756.105/0001-14, pelo melhor lance de R\$ 1.900,0000. Motivo: Proposta aceita após análise técnica.
Inabilitação de fornecedor	09/05/2022 09:36:07	Inabilitação de proposta. Fornecedor: FLOPTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 07.756.105/0001-14, pelo melhor lance de R\$ 1.900,0000. Motivo: Após Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União, conforme consta o item 11.1.1 do edital de licitação, verificou que a empresa encontra-se suspensa/impedida de licitar, conforme sanção aplicada pela Fundação Universidade Federal de Rondônia.
Abertura do prazo - Convocação anexo	09/05/2022 10:36:07	Convocado para envio de anexo o fornecedor A T C INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS TECNICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 18.016.106/0001-49.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	09/05/2022 10:40:48	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor A T C INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS TECNICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 18.016.106/0001-49.
Aceite de proposta	09/05/2022 10:44:13	Aceite individual da proposta. Fornecedor: A T C INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS TECNICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 18.016.106/0001-49, pelo melhor lance de R\$ 2.250,0000. Motivo: Item aceito após avaliação do responsável técnico.
Habilitação de fornecedor	09/05/2022 16:51:48	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: A T C INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS TECNICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 18.016.106/0001-49, pelo melhor lance de R\$ 2.250,0000.

**Não existem intenções de recurso para o item**



**Troca de Mensagens**

	<b>Data</b>	<b>Mensagem</b>
Sistema	05/05/2022 09:00:05	A sessão pública está aberta. Nesta compra foi realizada a análise de propostas automática e todas foram classificadas para a fase de lances. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 11:30 e entre 13:30 e 16:30. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 5 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	05/05/2022 09:00:06	A abertura do item 1 para lances está agendada para daqui a 5 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	05/05/2022 09:00:06	A abertura do item 2 para lances está agendada para daqui a 5 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	05/05/2022 09:00:07	A abertura do item 3 para lances está agendada para daqui a 5 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	05/05/2022 09:00:08	A abertura do item 4 para lances está agendada para daqui a 5 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	05/05/2022 09:00:09	A abertura do item 5 para lances está agendada para daqui a 5 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	05/05/2022 09:00:10	A abertura do item 6 para lances está agendada para daqui a 5 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	05/05/2022 09:00:11	A abertura do item 7 para lances está agendada para daqui a 5 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	05/05/2022 09:05:06	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	05/05/2022 09:05:06	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	05/05/2022 09:05:07	O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	05/05/2022 09:05:08	O item 4 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	05/05/2022 09:05:09	Algumas propostas do item 5 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	05/05/2022 09:05:09	O item 5 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	05/05/2022 09:05:10	O item 6 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	05/05/2022 09:05:10	Algumas propostas do item 6 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	05/05/2022 09:05:11	O item 7 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	05/05/2022 09:20:48	A etapa fechada foi iniciada para o item 4. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 1.612,0000 e R\$ 4.900,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:25:48 do dia 05/05/2022.
Sistema	05/05/2022 09:21:15	A etapa fechada foi iniciada para o item 3. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 109,0000 e R\$ 148,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:26:15 do dia 05/05/2022.
Sistema	05/05/2022 09:21:20	A etapa fechada foi iniciada para o item 7. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 2.940,0000 e R\$ 2.950,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:26:20 do dia 05/05/2022.
Sistema	05/05/2022 09:22:28	A etapa fechada foi iniciada para o item 2. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 285,0000 e R\$ 398,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:27:28 do dia 05/05/2022.
Sistema	05/05/2022 09:23:44	A etapa fechada foi iniciada para o item 5. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 1.699,0000 e R\$ 2.300,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:28:44 do dia 05/05/2022.
Sistema	05/05/2022 09:25:49	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 1.612,0000 não enviou lance único e fechado para o item 4.
Sistema	05/05/2022 09:25:49	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 1.800,0000 não enviou lance único e fechado para o item 4.
Sistema	05/05/2022 09:25:49	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 1.612,0000 não enviou lance único e fechado para o item 4.
Sistema	05/05/2022 09:25:49	O item 4 está encerrado.
Sistema	05/05/2022 09:25:49	O item 4 teve empate real para o valor 1.612,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	05/05/2022 09:26:16	O item 3 está encerrado.
Sistema	05/05/2022 09:26:21	O item 7 está encerrado.

Sistema	05/05/2022 09:27:29	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 285,0000 não enviou lance único e fechado para o item 2.
Sistema	05/05/2022 09:27:29	O item 2 está encerrado.
Sistema	05/05/2022 09:27:30	A etapa fechada foi iniciada para o item 6. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 129,0000 e R\$ 289,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:32:30 do dia 05/05/2022.
Sistema	05/05/2022 09:27:42	A etapa fechada foi iniciada para o item 1. Fornecedor que apresentou lance no valor de R\$ 445,5500 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:32:42 do dia 05/05/2022.
Sistema	05/05/2022 09:28:45	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 2.300,0000 não enviou lance único e fechado para o item 5.
Sistema	05/05/2022 09:28:45	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 1.699,0000 não enviou lance único e fechado para o item 5.
Sistema	05/05/2022 09:28:45	O item 5 está encerrado.
Sistema	05/05/2022 09:32:31	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 150,0000 não enviou lance único e fechado para o item 6.
Sistema	05/05/2022 09:32:31	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 130,0000 não enviou lance único e fechado para o item 6.
Sistema	05/05/2022 09:32:31	O item 6 está encerrado.
Sistema	05/05/2022 09:32:43	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 445,5500 não enviou lance único e fechado para o item 1.
Sistema	05/05/2022 09:32:43	O item 1 está encerrado.
Sistema	05/05/2022 09:32:51	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".
Pregoeiro	05/05/2022 09:33:40	Senhores fornecedores, bom dia! Estamos analisando os produtos ofertados. Favor permanecerem conectados.
Pregoeiro	05/05/2022 10:00:26	Para EMERSON NUNES DO EGITO - Sr(a) fornecedor(a), convoco a empresa para enviar pela opção "enviar anexo" do sistema, a ficha técnica/catálogo ofertado no item 04. Para análise de compatibilidade com o solicitado no anexo I - Termo de Referência. O prazo de envio será de 02 (duas) horas, a partir desta convocação.
Sistema	05/05/2022 10:00:37	Senhor fornecedor EMERSON NUNES DO EGITO, CNPJ/CPF: 37.182.085/0001-86, solicito o envio do anexo referente ao item 4.
Pregoeiro	05/05/2022 10:22:13	Para NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI - Sr(a) fornecedor(a), convoco a empresa para enviar pela opção "enviar anexo" do sistema, a ficha técnica/catálogo ofertado no item 05. Para análise de compatibilidade com o solicitado no anexo I - Termo de Referência. O prazo de envio será de 02 (duas) horas, a partir desta convocação.
Sistema	05/05/2022 10:22:25	Senhor fornecedor NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI, CNPJ/CPF: 17.930.162/0001-21, solicito o envio do anexo referente ao item 5.
Pregoeiro	05/05/2022 10:25:53	Para EMERSON NUNES DO EGITO - Sr(a) fornecedor(a), convoco a empresa para enviar pela opção "enviar anexo" do sistema, a ficha técnica/catálogo ofertado no item 06. Para análise de compatibilidade com o solicitado no anexo I - Termo de Referência. O prazo de envio será de 02 (duas) horas, a partir desta convocação.
Sistema	05/05/2022 10:26:01	Senhor fornecedor EMERSON NUNES DO EGITO, CNPJ/CPF: 37.182.085/0001-86, solicito o envio do anexo referente ao item 6.
Sistema	05/05/2022 10:53:17	Senhor Pregoeiro, o fornecedor NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI, CNPJ/CPF: 17.930.162/0001-21, enviou o anexo para o item 5.
Pregoeiro	05/05/2022 11:46:45	Para LIO SERUM PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA - Sr(a) fornecedor(a), solicito confirmação de valor negociado para o item 01 de R\$ 260,00 e convoco o envio de proposta adequada para o item e último lance ofertado para o item 02, via opção de anexo do comprasnet, o não envio da proposta adequada poderá gerar a recusa do item. O prazo de envio será de 02 (duas) horas, a partir desta convocação.
Sistema	05/05/2022 11:47:18	Senhor fornecedor LIO SERUM PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 55.956.510/0001-29, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	05/05/2022 11:48:07	Senhor fornecedor LIO SERUM PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 55.956.510/0001-29, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
Pregoeiro	05/05/2022 11:49:26	Senhores fornecedores, será realizado uma pausa para almoço. Retornaremos às 13:00 hrs para prosseguimento do julgamento e habilitação.
Sistema	05/05/2022 11:52:42	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LIO SERUM PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 55.956.510/0001-29, enviou o anexo para o item 1.
Sistema	05/05/2022 11:53:02	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LIO SERUM PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 55.956.510/0001-29, enviou o anexo para o item 2.
Sistema	05/05/2022 12:04:05	Senhor Pregoeiro, o fornecedor EMERSON NUNES DO EGITO, CNPJ/CPF: 37.182.085/0001-86, enviou o anexo para o item 4.
Sistema	05/05/2022 12:04:25	Senhor Pregoeiro, o fornecedor EMERSON NUNES DO EGITO, CNPJ/CPF: 37.182.085/0001-86, enviou o anexo para o item 6.
Pregoeiro	05/05/2022 15:35:23	Para NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI - Sr(a) fornecedor(a), convoco a empresa para enviar pela opção "enviar anexo" do sistema, a ficha técnica/catálogo

		ofertado no item 6. Para análise de compatibilidade com o solicitado no anexo I - Termo de Referência. O prazo de envio será de 02 (duas) horas, a partir desta convocação.
Pregoeiro	05/05/2022 15:35:39	Para INSTRULABOR CALIBRACAO E MANUTENCAO EIRELI - Sr(a) fornecedor(a), convoco a empresa para enviar pela opção "enviar anexo" do sistema, a ficha técnica/catálogo ofertado no item 6. Para análise de compatibilidade com o solicitado no anexo I - Termo de Referência. O prazo de envio será de 02 (duas) horas, a partir desta convocação.
Pregoeiro	05/05/2022 15:35:44	Para CARLOS AUGUSTO NASCIMENTO PEREIRA 06162526682 - Sr(a) fornecedor(a), convoco a empresa para enviar pela opção "enviar anexo" do sistema, a ficha técnica/catálogo ofertado no item 6. Para análise de compatibilidade com o solicitado no anexo I - Termo de Referência. O prazo de envio será de 02 (duas) horas, a partir desta convocação.
Sistema	05/05/2022 15:35:50	Senhor fornecedor NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI, CNPJ/CPF: 17.930.162/0001-21, solicito o envio do anexo referente ao item 6.
Sistema	05/05/2022 15:35:54	Senhor fornecedor INSTRULABOR CALIBRACAO E MANUTENCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 34.514.779/0001-85, solicito o envio do anexo referente ao item 6.
Sistema	05/05/2022 15:36:03	Senhor fornecedor CARLOS AUGUSTO NASCIMENTO PEREIRA 06162526682, CNPJ/CPF: 38.438.581/0001-10, solicito o envio do anexo referente ao item 6.
Sistema	05/05/2022 15:51:59	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CARLOS AUGUSTO NASCIMENTO PEREIRA 06162526682, CNPJ/CPF: 38.438.581/0001-10, enviou o anexo para o item 6.
Sistema	05/05/2022 15:57:37	Senhor Pregoeiro, o fornecedor INSTRULABOR CALIBRACAO E MANUTENCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 34.514.779/0001-85, enviou o anexo para o item 6.
Pregoeiro	05/05/2022 16:56:01	Senhores fornecedores, devido ao término do expediente de trabalho (17:00hrs), a sessão será suspensa e retornaremos com a fase de julgamento amanhã (06/05) às 08:30 horário de Brasília. Favor permanecerem conectados a partir desse horário, para que possamos dar prosseguimento no processo licitatório. Obrigado!
Pregoeiro	06/05/2022 08:31:44	Prezados fornecedores, bom dia! Continuaremos com o julgamento dos itens e após habilitação.
Sistema	06/05/2022 09:47:20	Senhor Pregoeiro, o fornecedor NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI, CNPJ/CPF: 17.930.162/0001-21, enviou o anexo para o item 6.
Pregoeiro	06/05/2022 11:52:37	Senhores fornecedores, será realizado uma pausa para almoço. Retornaremos às 13:00 hrs para prosseguimento do julgamento e habilitação.
Pregoeiro	06/05/2022 14:17:18	Para FLOPTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - Sr(a) fornecedor(a), convoco o envio de proposta adequada ao último lance ofertado para os itens 03 e 07, via opção de anexo do compasnet, o não envio da proposta adequada poderá gerar a recusa do item. O prazo de envio será de 02 (duas) horas, a partir desta convocação.
Sistema	06/05/2022 14:17:29	Senhor fornecedor FLOPTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 07.756.105/0001-14, solicito o envio do anexo referente ao item 3.
Pregoeiro	06/05/2022 14:20:03	Para OBJECT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - Sr(a) fornecedor(a), convoco o envio de proposta adequada ao último lance ofertado para o item 05, via opção de anexo do compasnet, o não envio da proposta adequada poderá gerar a recusa do item. O prazo de envio será de 02 (duas) horas, a partir desta convocação.
Sistema	06/05/2022 14:20:11	Senhor fornecedor OBJECT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 25.462.154/0001-26, solicito o envio do anexo referente ao item 5.
Sistema	06/05/2022 14:30:49	Senhor Pregoeiro, o fornecedor OBJECT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 25.462.154/0001-26, enviou o anexo para o item 5.
Sistema	06/05/2022 16:51:41	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	06/05/2022 16:54:18	Senhores fornecedores, devido ao término do expediente de trabalho (17:00hrs), a sessão será suspensa e retornaremos com a fase de habilitação no dia 09/05/2022 (segunda-feira) às 08:30 horário de Brasília. Favor permanecerem conectados a partir desse horário, para que possamos dar prosseguimento no processo licitatório. Obrigado!
Pregoeiro	09/05/2022 08:31:55	Prezados fornecedores, bom dia! Procederemos com a habilitação.
Pregoeiro	09/05/2022 09:37:45	Senhores fornecedores, após inabilitação de propostas aceitas para os itens 03 e 07, retornaremos para fase de julgamento dos mesmos.
Pregoeiro	09/05/2022 10:03:50	Para PHL DISTRIBUIDORA LABORATORIAL EIRELI - Sr(a) fornecedor(a), convoco o envio de proposta adequada ao último lance ofertado para o item 03, via opção de anexo do compasnet, o não envio da proposta adequada poderá gerar a recusa do item. O prazo de envio será de 02 (duas) horas, a partir desta convocação.
Sistema	09/05/2022 10:04:11	Senhor fornecedor PHL DISTRIBUIDORA LABORATORIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 35.865.938/0001-59, solicito o envio do anexo referente ao item 3.
35.865.938/0001-59	09/05/2022 10:09:02	OK SENHOR PREGOEIRO
Sistema	09/05/2022 10:09:27	Senhor Pregoeiro, o fornecedor PHL DISTRIBUIDORA LABORATORIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 35.865.938/0001-59, enviou o anexo para o item 3.
Pregoeiro	09/05/2022 10:35:58	Para A T C INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS TECNICOS EIRELI - Sr(a) fornecedor(a), convoco o envio de proposta adequada ao último lance ofertado para o item 07 e balanço patrimonial com melhor resolução/qualidade, via opção de anexo do compasnet, o não envio poderá gerar a recusa do item. O prazo de envio será de 02 (duas) horas, a partir desta convocação.
Sistema	09/05/2022 10:36:07	Senhor fornecedor A T C INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS TECNICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 18.016.106/0001-49, solicito o envio do anexo referente ao item 7.

18.016.106/0001-49	09/05/2022 10:40:05	Bom dia, Sr. Pregoeiro estamos providenciando.
Sistema	09/05/2022 10:40:48	Senhor Pregoeiro, o fornecedor A T C INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS TECNICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 18.016.106/0001-49, enviou o anexo para o ítem 7.
Pregoeiro	09/05/2022 11:47:51	Senhores fornecedores, será realizado uma pausa para almoço. Retornaremos às 13:30 hrs para prosseguimento do julgamento e habilitação.
Pregoeiro	09/05/2022 14:23:07	Senhores fornecedores, boa tarde! Em face de foro intimo, houve um atraso no reinício da sessão. Reagendaremos o reinício da mesma para as 15:00 hrs. Peço que permaneçam conectados a partir desde horário.
Pregoeiro	09/05/2022 15:00:03	Senhores fornecedores, prosseguiremos com a habilitação das empresas vencedoras. Peço que permaneçam conectados.
Pregoeiro	09/05/2022 16:42:09	Para A T C INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS TECNICOS EIRELI - Sr(a) fornecedor(a), convoco o envio de proposta adequada ao último lance ofertado para o item 03 no valor final acordado de R\$ 90,00, via opção de anexo do comprasnet, o não envio da proposta adequada poderá gerar a recusa do item. O prazo de envio será de 02 (duas) horas, a partir desta convocação.
Sistema	09/05/2022 16:42:32	Senhor fornecedor A T C INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS TECNICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 18.016.106/0001-49, solicito o envio do anexo referente ao ítem 3.
18.016.106/0001-49	09/05/2022 16:45:07	Boa tarde Sr. Pregoeiro, confirmamos o valor unitário para o item 03 em R\$ 90,00
Sistema	09/05/2022 16:52:55	Senhor Pregoeiro, o fornecedor A T C INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS TECNICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 18.016.106/0001-49, enviou o anexo para o ítem 3.
Pregoeiro	09/05/2022 16:56:46	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 10/05/2022 às 17:00:00.

**Eventos do Pregão**

Evento	Data/Hora	Observações
Alteração equipe	18/04/2022 16:10:22	
Abertura da sessão pública	05/05/2022 09:00:05	Abertura da sessão pública
Julgamento de propostas	05/05/2022 09:32:51	Início da etapa de julgamento de propostas
Suspensão administrativa	05/05/2022 16:57:05	Previsão de reabertura: 06/05/2022 08:30:00; Término de expediente de trabalho.
Reativação	06/05/2022 08:30:58	
Abertura do prazo	06/05/2022 16:51:41	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	09/05/2022 16:56:46	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 10/05/2022 às 17:00:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 13:33 horas do dia 11 de maio de 2022, cuja foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

  
GUSTAVO HENRIQUE DE ASSIS  
**Pregoeiro Oficial**

JUAN REUEL DONIZETTI DACIOLI  
**Equipe de Apoio**

 Imprimir o Relatório

Voltar