



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.668.376/0001-34 - Rua Sete de Maio, 379 – Centro. Fone:
(35) 3573-1155

ERRATA

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 009/2021
PREGÃO PRESENCIAL N.º 003/2021

O Edital PRC 009/2021, foi publicado no site Oficial da Prefeitura Municipal de Monte Belo no dia 26 de março de 2021. logo após, verificou-se a necessidade de acrescentar as seguintes exigências para participação no certame:

- 1) No dia do certame, será solicitado a Licença Sanitária e Autorização de Funcionamento (AFE) emitidas pela Anvisa para o TESTE RÁPIDO COVID 19 IGG/IGM e o TESTE RÁPIDO COVID 19 SWAB – Nasofaringe (itens 1 e 2 do edital);
- 2) A testagem do TESTE RÁPIDO COVID 19 IGG/IGM, deverá ser por: soro, plasma, sangue e capilar (ponta do dedo). Na Instrução de uso do produto deverá constar todas as formas de aplicabilidade do referido teste;
- 3) O TESTE RÁPIDO COVID 19 IGG/IGM deverá fazer a distinção seletiva de anticorpos IGG e IGM para identificar o período da infecção do paciente;
- 4) O TESTE RÁPIDO COVID 19 IGG/IGM deverá apresentar a especificidade mínima de 98% para os anticorpos IGG e IGM.

Monte Belo, 07 de Abril de 2021

Rafael Henrique Bueno Ruella
Pregoeiro

Cristiane Aparecida Vicente
Assessora técnica de atenção integral da
Saúde